

<b>Relevamiento de Unidades de Anatomía Patológica (Dec. 422/009)</b>			
U.E.		Fecha:	
Número de trabajadores:	Médicos.	Técnicos.	Auxiliares Técnicos.
Aux. de serv.	Otros (especificar)		
Número de Trabajadores por turno:			
			observaciones
<b>Clasificación.</b>			
Unidad tipo I	Realiza exclusivamente tareas de procesamiento Técnico derivadas de las unidades II, III, IV.		
Unidad tipo II	Realiza tareas de Macroscopía y/o Microscopía.		
Unidad tipo III	Realiza tareas de Citología Ginecológica.		
Unidad tipo IV	Realiza tareas de Procesamiento Técnico, Macroscopía y Microscopía..		
Habilitación del M.S.P.	si	no	Fecha:
Hay Sala de espera	si	no	No aplica
Hay sala de extracción muestras.	Si	no	No aplica
Sala de trabajo	Superf. adecuada	Superf. inadecuada	Obs.
Sala de Macroscopía	Si	no	No aplica
Iluminación (según Dec. 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Ventilación (según decreto 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Mesada lavable	Si	no	No aplica
Pileta con agua y drenaje	Si	no	No aplica

Paredes lavables	si	no	
EPP	si	no	obs
Balanza, bidones, bolsas.	si	no	obs
Sala de procesamiento técnico	si	no	No aplica
Iluminación (según Dec. 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Ventilación (según decreto 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Superficie de la sala. (en mts cuadrados).		Nº de mesadas. Medidas .	
Paredes lavables y resistentes.	si	no	Obs.
Micrótomo de parafina	si	no	Obs.
Estufa inc. Parafina (60° C)	si	no	Obs.
Heladera	si	no	Obs.
Mechero	si	no	Obs.
EPP (guantes resistentes a solventes/ máscaras con filtro)	si	no	Obs.
Almacenamiento de productos inflamables y/o tóxicos(espacio, exclusivo, cerrado, alejado de fuentes de calor).	Adecuado	inadecuado	Obs.
Identificación de productos (En forma clara y legible)	si	no	Obs.
Almacenamiento y uso cumple normativa para prod. Químicos.	si	no	obs
Sala de microscopía	si	no	No aplica
Iluminación (según Dec. 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Ventilación (según Dec. 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Mesa y/o escritorio y silla adecuada.	si	no	obs
Microscopio binocular	si	no	Numero.

Sala de citología ginecológica.	Si	no	No aplica
Iluminación (según Dec. 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Ventilación (según Dec. 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Mesa y/o escritorio y silla adecuada.	si	no	obs
Microscopio binocular	si	no	Numero.
Camilla ginecológica	si	no	No aplica
Sala de necropsias	Si superf.	no	No aplica
Iluminación (según Dec. 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Ventilación (según Dec. 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Mesa lavable, con drenaje de fluidos. Mesa para disección anexa	si	no	Obs.
Pileta con agua corriente.	si	no	Obs.
EPP	si	no	Obs.
Balanza/bidones/bolsas	si	no	Obs.
Sierra eléctrica	si	no	Obs.
Vestuario con ducha y gabinete higiénico cercano.	si	no	Obs.
Sala de biopsia Intra-operatoria (en B.Q.)	Si superficie	no	No aplica
Se encuentra anexa a B.Q.	si	no	Obs.
Iluminación (según Dec. 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Ventilación (según Dec. 406/88)	adecuada	inadecuada	Obs.
Pileta y mesada lavable.	si	no	Obs.
Micrótomo de congelación con balón de anhídrido carbónico y recarga o criostato.	si	no	No aplica.
Microscopio binocular	si	no	No aplica.

Área de archivo(para almacenar bloques, láminas e informes).	si	no	Obs.
Gabinetes higiénicos. Accesibles al público.	si	no	No aplica. Obs.
Área de descanso del personal.	si	no	Obs.
Eliminación de residuos según protocolo de ASSE.	si	no	obs
Hay depósito previo a su recolección.	si	no	Obs.
<b>Firma técnico responsable:</b>		<b>Firma responsable del servicio:</b>	